Tegaderm™ CHG

Pansement antimicrobien transparent à la chlorhexidine aqueuse à 2 %

Dispositif médical (de classe III) selon la Directive 93/42CEE.

Technique de pose et d'ablation

La mise en place d'un cathéter veineux central doit se faire au bloc opératoire dans les conditions d'asepsie chirurgicales.

La pose du pansement

Le pansement Tegaderm™ CHG se pose sur une **peau parfaitement sèche.**

1

Ouvrir le sachet pelable et en sortir le pansement Tegaderm™ CHG. Retirer le support du transparent. Orienter le dispositif et présenter la partie adhésive au-dessus du cathéter. Centrer le tampon de gel du pansement Tegaderm™ CHG sur le site d'insertion et appliquer le pansement contre la peau **sans étirer le pansement.**

2

3

Appliquer et conformer le tampon de gel sur les contours du cathéter : **le tampon ne doit pas écraser le cathéter** mais l'entourer. Lisser le tampon de gel vers la partie distale du cathéter, celui-ci peut couvrir les points de fixation cutanés. Lisser ensuite la partie transparente du dispositif, du site d'insertion vers les extrémités.

4

L'ablation du cadre de pose se fait de proche en proche en appliquant fermement le bord du pansement au fur et à mesure de la progression afin d'optimiser l'adhésion du pansement.

5



Les bandelettes adhésives stériles permettent de sécuriser la tubulure : l'une que l'on rabat en "cravate" sous la tubulure, l'autre par-dessus pour maintenir la "cravate". Le pansement Tegaderm™ CHG 1658R ne comporte qu'une seule bandelette adhésive.

6

Sur l'étiquette, inscrire la date de mise en place des dispositifs conformément au protocole de l'établissement.

L'ablation : un décollement horizontal et en douceur

Il est conseillé de procéder à l'ablation du pansement Tegaderm™ CHG lorsque le tampon de gel est encore intègre.

1

Retirer les bandelettes adhésives.

2

Saisir doucement l'un des bords du pansement Tegaderm™ CHG et le décoller horizontalement vers le site d'insertion en tirant très légèrement la peau dans le sens opposé. Il est recommandé de **maintenir fermement le cathéter contre la peau afin d'éviter toute désinsertion. Ne pas tirer sur le pansement verticalement,** cette manipulation pourrait altérer l'intégrité cutanée.

Kaire 09-207 Octobre 2009

3M

Laboratoires 3M Santé
Département Marchés Hospitaliers

Boulevard de l'Oise
95 029 Cergy-Pontoise Cedex
Téléphone : 01 30 31 82 82
Fax : 01 30 31 85 65
www.3MSanté.fr

Pour toute information,

Centre Information Clients
N°Azur 0 810 331 300
Prix d'un appel local

3M